

谈判采购邀请公告

致各医疗器械供应商:

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购实施条例》《非招标方式采购代理服务规范》等规定,普洱市中医医院风湿病科、皮肤科医疗设备采购将于2020年7月3日9时30分以谈判采购方式进行,诚邀具有相应供货或完成项目能力的供应商参加谈判。

- 1 项目名称: 普洱市中医医院风湿病科、皮肤科医疗设备采购
- 2 项目编号: 普中采2020002
- 3 采购人: 普洱市中医医院
- 4 采购人地址: 普洱市思茅区茶城大道13号
- 5 采购人联系方式: 0879-2122536 18887900299
- 6 本项目预算: 11.055万元(大写: 壹拾壹万零伍佰伍拾元整)
- 7 采购内容:

序号	名称	简要技术需求	数量	单位	预算单价	预算总价
1	冷热温喷雾机	1. 额定功率: 800W 2. 热喷安全容积: 680ml 3. 冷水箱安全容积: 600ml	2	台	300	600
2	腿浴治疗器	1. 电源: AC220V, 50Hz; 2. 输入功率: 1100AV; 3. 水箱容积 27L; 4. 熔断器: F10AL250V;	6	台	3500	21000
3	电针仪	1. 输出波形: 非对称脉冲波。 2. 脉冲宽度: 0.5ms, 允许偏差为+30%。 3. 连续波: 0.8~20Hz, 分11档。	7	台	1300	9100

序号	名称	简要技术要求	数量	单位	预算 单价	预算 总价
4	磁振热治疗仪	1. 治疗时间 1—99min 可调，以 1min 为单位设定； 2. 输入功率：500VA 3. 具有多种安全保护装置	1	台	36000	36000
5	特定电磁波治疗器	1. 适用治疗板直径：124mm 2. 电源输入：AC 220V 50Hz 3. 功率：250VA	7	台	550	3850
6	皮肤检查灯	1. 输入电压/频率：220V ± 10%/50Hz 2. 输入功率：≤ 30VA	1	台	12000	12000
7	湿热敷装置	1. 电源电压：交流电压 220V，频率 50Hz 2. 额定输入功率：1800W。	1	台	28000	28000

具体内容详见“竞争性谈判文件”。

8 供应商应满足如下资格要求：

- 8.1 具有独立承担民事责任的能力；
- 8.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 8.3 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 8.4 参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 8.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
- 8.6 符合法律、法规规定的其他条件；
- 8.7 特定资格条件：

8.7.1 投标涉及到的医疗设备，必须取得产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》（含《医疗器械产品注册登记表》及其它相关附件）（根据中华人民共和国国务院令 2014 年第 650 号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局关于印发《医疗器械分类目录》的通知（国药监械【2002】302 号）规定及国

家药品监督管理局发布的该目录的修订，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求具备相关资质，并提供真实的证明材料，其他不在《医疗器械分类目录》内的设备不作强行要求）；

8.7.2 如果投标人工商注册地在中华人民共和国境内的，须提供具备所投设备经营范围的《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》/备案证，以许可证上的经营范围为准，不接受其他证明材料；

8.7.3 本项目不接受联合体。

9 禁止参加本次采购活动的供应商

9.1 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。

9.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人在确定采购需求、编制谈判文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为谈判文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

10 供应商报名事宜：

10.1 报名及采购文件获取时间：2020年6月28日至2020年6月29日（节假日除外） 上午：09:00-11:30；下午：14:30-17:00（北京时间）

10.2 报名方式及地点：

在2020年6月29日 17:00 时前携《医疗器械经营许可证》复印件到普洱市中医医院招标采购中心（电话：0879-2122536 18887900299）处报名并领取谈判采购招标文件。

11 响应文件的递交的截止及开标时间、地点

11.1 响应文件递交的截止及开标时间：2020年7月3日9时30分（北京时间）。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，视为撤回响应文件，采购人不予受理。

11.2 地点：普洱市中医医院药剂楼三楼国医大师多谋体教研室

12 公告发布媒体：普洱市中医医院官网 peszyyy.com。

13 应知事项

13.1 供应商在参加谈判前务必认真阅读本项目谈判采购文件全部内容；谈判采购文件如有变更，将主要以采购人官网形式发布。

13.2 采购人不接受未密封、不规范、不装订成册的谈判采购响应文件；

13.3 采购人不接受未报名、无经营资质及超过指定截止时间的响应文件；

13.4 供应商可报技术参数更优的产品；

13.5 采购人组织院内专家以采购人实际使用情况及性价比综合评审，不承诺选择最低报价的供应商（同一品牌、同一型号，相同服务除外）；

13.6 谈判后采购人将与选中的供应商签署合同并实施采购，落选者不再另行通知；

13.7 参与谈判的供应商一旦被选中，必须按时供货，否则将被列入采购人不良供应商名单，以后不得参与采购人的采购活动。

采购人：普洱市中医医院

地 址：普洱市思茅区茶城大道 13 号

联系人：周老师

联系电话：0879-2122536

18887900299

