

询价采购公告(二次)

项目概况

普洱市中医医院 便携式实时荧光定量 PCR 仪（二次） 采购项目的潜在供应商应在普洱市中医医院招标采购中心获取采购文件，并于 2021 年 02 月 19 日 15:30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：普中招采-2021002（重）

项目名称：便携式实时荧光定量 PCR 仪采购

采购方式：询价采购

预算金额（万元）：19.8

采购需求：实时荧光定量 PCR 仪（便携式快速实时荧光定量 PCR 仪）2 台，技术参数见附件。

供货期：自合同签订之日起 15 个工作日内交货。

服务要求：质保期不少于 1 年。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（供应商为企业（包括合伙企业）、个体工商户的，提供工商营业执照、税务登记和组织机构代码证或提供由工商行政管理部门核发的统一社会信用代码营业执照（原件扫描件））；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函和 2019 年或 2020 年财务报表）；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺函);

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供承诺函或缴费凭证);

(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供承诺函);

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得一同参加本次政府采购活动;如为信息系统采购项目,供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、管理等服务的法人及附属单位。

(2)为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本次采购活动。

(3)对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,不得参与本次政府采购活动;各投标人须做出承诺在投标期间未出现过上述情形,并附通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网

(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询近一年内相关主体信用记录网络打印件并加盖公章。查询截止时限为投标截止时间前1个工作日。

(4)对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单但未及时录入相关查询渠道者,如若依旧参与政府采购活动一经查实,按虚假应标处理,中标者取消中标资格,并追究相应责任。

(5)其他法律、行政法规中明确规定不能参与政府采购活动的,均不能参与本次政府采购活动。

3. 特定资格要求：

(1) 投标设备涉及到医疗设备的，必须取得产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》（含《医疗器械产品注册登记表》及其它相关附件）（根据中华人民共和国国务院令 2014 年第 650 号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局关于印发《医疗器械分类目录》的通知（国药监械【2002】302 号）规定及国家药品监督管理局发布的该目录的修订，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求具备相关资质，并提供真实的证明材料，其他不在《医疗器械分类目录》内的设备不作强行要求）；

(2) 如果投标人工商注册地在中华人民共和国境内的，须提供具备所投设备经营范围的《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》/备案证，以许可证上的经营范围为准，不接受其他证明材料。

三、报名及获取采购文件方式

报名时间：2021 年 2 月 8 日-2021 年 2 月 10 日 上午 09:00-11:30，下午 15:00-17:30（北京时间）

地点：普洱市中医医院门诊四楼招标采购中心

方式：现场报名或网络报名

报名要求及获取招标文件方式：报名时须携《营业执照》《医疗器械经营（生产）许可证》扫描件加盖公章，经办人法定代表人授权委托书原件及身份证复印件。**网络报名：**供应商在报名截止时间前通过邮箱（1344612042@qq.com）将《营业执照》《医疗器械经营（生产）许可证》扫描件加盖公章，经办人法定代表人授权委托书原件及身份证复印件，联系人、联系方式发送至邮箱与采购人招标采购中心联系领取电子版标书。

四、响应文件递交时间及地点

1. 现场递交

时间：2021年2月19日15:00-15:30（北京时间）

地点：普洱市中医医院药剂楼三楼国医大师教研室

2. 快递递交

时间：2021年2月18日17:30（北京时间）以前，以签收时间为准，超出此时间的不在接收快递时间内，供应商需到现场递交。

地点：普洱市思茅区茶城大道13号

联系人：余老师

电话：0879-2122536 18812301111

五、开启

时间：2021年02月19日15:30（北京时间）

地点：普洱市中医医院药剂楼三楼国医大师教研室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他事宜

1. 开标方式：现场开标

2. 投标有效期(日历天)：90

3. 是否需要缴纳投标保证金：否

4. 请制作规范文件、装订成册（一正一副）。我方拒绝接受未密封的响应文件；拒绝不规范、不装订成册的响应文件。

5. 不接受未报名、无经营资质及超过指定截止时间的响应文件；不接受联合体申请。

6. 响应文件中应有基本信息的报价一览表；公司基本情况、详细地址、联系电话；公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一），资质证书；法定代表人授权委托书、身份证明、联系方式；针对本项目的质量保证措施、服务方案、售后服务方案、应急预案、检验报告、彩页介绍以及供应商认为需要提供的其他证明材料等。

7. 评审后我方将与成交的供应商签署合同，落选者恕不另行通知。
8. 参与投标的供应商一旦被选中，必须按时供货或提供服务，否则将被列入我单位不良供应商名单，以后不得参与我单位的采购活动。
9. 无报名或报名不足 3 家的不予开标。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

名称：普洱市中医医院招标采购中心

地址：普洱市思茅区茶城大道 13 号

联系人：余老师

联系方式：0879-2122536 18812301111



附件:

新冠快速核酸检测仪技术参数

产品名称	实时荧光定量 PCR 仪
样本容量	16×0.2ml 离心管 (5-100 μ l) , 适应 8 联管及单管
反应灵敏度	10-10 ¹⁰ Copies
荧光染料	F1: FAM、SYBR Green I ; F2: HEX、VIC、JOE、TET、YELLOW; F3:ROX; F4: CY5
通道数	4 通道
光学系统	LED+PD, 扫描检测, 保持结果一致性, 免校准
热盖温度范围	30-110℃
检测试剂	开放式检测试剂 (LAMP、RPA 等方法学检测试剂均可适用)
温控范围	30℃-100℃
均匀性	≤±0.1℃
温控精度	≤±0.1℃
升温速率	≥8℃/s (MAX)
荧光强度检测重复性	CV≤0.5%
荧光线性	线性回归系数 r≥0.995
仪器通讯接口	USB 2.0 (可进行文件导入、导出), 开放端口, 与医院 Lis 系统连接
软件	仪器可直接进行结果及数据分析, 并配套电脑版专用分析软件
触控屏独立操作	LED7inch 彩色电容屏触控, 无需连接电脑即可操作分析
注册认证	NMPA 认证