

# 询比采购公告

## 项目概况

普洱市中医医院 全自动尿液干化学分析仪 询比采购项目的潜在供应商应在普洱市中医医院招标采购中心获取询比采购文件，并于 2021 年 03 月 04 日 15:30（北京时间）前递交响应文件。

### 一、项目基本情况

**项目编号：**普中招采-2021003

**项目名称：**全自动尿液干化学分析仪采购

**采购方式：**询比采购

**预算金额（万元）：**6

**采购需求：**全自动尿液干化学分析仪 1 台，技术参数见附件。

**供货期：**自合同签订之日起 15 个工作日内交货。

**服务要求：**质保期不少于 1 年。

本项目不接受联合体。

### 二、申请人的资格要求

#### 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（供应商为企业、个体工商户，提供工商营业执照、税务登记和组织机构代码证或提供由工商行政管理部门核发的统一社会信用代码营业执照（**原件扫描件**））；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（**提供承诺函和 2019 年或 2020 年财务报表**）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（**提供承诺函**）；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（**提供承诺函或缴费凭证**）；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）（**提供承诺函**）；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

## **2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:**

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得一同参加本次采购活动。

(2) 对在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与此次采购活动（**提供承诺函**）。

(3) 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单但未及时录入相关查询渠道者，如若依旧参与此次采购活动一经查实，按虚假应标处理，中标者取消中标资格，并追究相应责任。

(4) 其他法律、行政法规中明确规定不能参与政府采购活动的，均不能参与本次采购活动。

## **3. 特定资格要求:**

(1) 投标设备涉及到医疗设备的，必须取得产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》（含《医疗器械产品注册登记表》及其它相关附件）（根据中华人民共和国国务院令 2014 年第 650 号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局关于印发《医疗器械分类目录》的通知（国药监械【2002】302 号）规定及国家药品监督管理局

发布的该目录的修订,在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求具备相关资质,并提供真实的证明材料,其他不在《医疗器械分类目录》内的设备不作强行要求);本项目不接受进口产品参加询价(进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)。

(2)如果投标人工商注册地在中华人民共和国境内的,须提供具备所投设备经营范围的《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》/备案证,以许可证上的经营范围为准,不接受其他证明材料。

### **三、报名及获取采购文件方式**

**报名时间:**2021年02月24日-2021年02月26日 上午09:00-11:30,下午15:00-17:30(北京时间)

**地点:**普洱市中医医院门诊四楼招标采购中心

**方式:**现场报名或网络报名

#### **报名要求及获取招标文件方式:**

**现场报名:**报名时携《营业执照》《医疗器械经营(生产)许可证》扫描件加盖公章,经办人法定代表人授权委托书原件及身份证复印件报名并获取询比采购文件。

**网络报名:**在报名截止时间前将《营业执照》《医疗器械经营(生产)许可证》扫描件加盖公章,经办人法定代表人授权委托书原件及身份证复印件,联系人、联系方式发送至邮箱(1344612042@qq.com)与采购人招标采购中心联系领取电子版询比采购文件。

### **四、响应文件递交时间及地点**

#### **1. 现场递交**

**时间:**2021年03月04日15:00-15:30(北京时间)

**地点:**普洱市中医医院药剂楼三楼国医大师教研室

#### **2. 快递递交**

时间：2021年3月5日15:00（北京时间）以前，以签收时间为准，超出此时间的不在接收快递时间内，供应商需到现场递交。

地点：普洱市思茅区茶城大道13号

联系人：余老师

电话：0879-2122536 18812301111

## 五、开启

时间：2021年03月04日15:30（北京时间）

地点：普洱市中医医院药剂楼三楼国医大师教研室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他事宜

1. 开标方式：现场开标
2. 投标有效期(日历天)：90
3. 是否需要缴纳投标保证金：否
4. 请制作规范文件、装订成册（一正一副）。我方拒绝接受未密封的响应文件；拒绝不规范、不装订成册的响应文件。
5. 不接受未报名、无经营资质及超过指定截止时间的响应文件；不接受联合体申请。
6. 响应文件中应有基本信息的报价一览表；公司基本情况、详细地址、联系电话；公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一），资质证书；法定代表人授权委托书、身份证明、联系方式；针对本项目的质量保证措施、服务方案、售后服务方案、应急预案、检验报告、彩页介绍以及供应商认为需要提供的其他证明材料等。
7. 评审后我方将与成交的供应商签署合同，落选者恕不另行通知。
8. 参与投标的供应商一旦被选中，必须按时供货或提供服务，否则将被列入我单位不良供应商名单，以后不得参与我单位的采购活动。

9. 无报名或报名不足 3 家的不予开标。

**八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

1. 采购人信息

名称：普洱市中医医院

地址：普洱市思茅区茶城大道 13 号招标采购中心

联系人：余老师

联系方式：0879-2122536      18812301111



附件:

## 全自动尿液干化学分析仪技术参数

### 一、技术要求:

- 1、检测系统: 采用 CIS 图像传感器检测系统
- 2、检测波长数量:  $\geq 5$  个波长
- 3、测试项目:  $\geq 14$  项, 并提供微量白蛋白和肌酐的比值参数 (ACR 比值)
- 4、测试速度:  $\geq 450$  个样本/小时
- 5、显示器:  $\geq 10.4$  英寸触摸式彩色液晶显示屏
- 6、支持样本架扩展功能: 支持最大 26 个待测试管架, 支持最多 260 个待测样本
- 7、消耗品状态实时监控功能: 分析仪能对清洗液、废液的状态进行实时监控
- 8、加强清洗功能: 分析仪能对浊度计中检测出的高浑浊度样品, 自动加强清洗
- 9、颜色识别功能: 分析仪能识别样本的颜色
- 10、混匀功能: 分析仪具有混匀功能, 可对样本进行混匀操作
- 11、尿比重计功能: 支持尿比重计功能, 准确度在线性范围 1.000~1.055 内, 允许偏倚范围不超过  $\pm 0.002$ , 重复性  $CV \leq 0.5\%$
- 12、浊度计功能: 支持浊度计功能, 尿分析仪能检测样本的浊度结果
- 13、样本量检测功能: 采用液面感应技术, 当样本量不足以检测时, 分析仪有报警提示
- 14、检测区域温控功能: 仪器会自动感应检测区域的温度值, 计算出与设计值的差异, 自动机型温度校正
- 15、试纸图像显示功能: 分析仪具有捕捉、显示并存储在加入样本后的尿试纸条图像的功能, 用于结果审核与查阅等方面
- 16、数据存储量:  $\geq 100$  万个样本数据, 10 万个样本图片
- 17、试纸仓容量:  $\geq 500$  条试纸
- 18、尿样需求量:  $\geq 2\text{mL}$
- 19、重复性: 分析仪反射率测试结果的变异系数  $\leq 0.9\%$
- 20、稳定性: 分析仪开机 8h 内, 反射率测试结果的变异系数  $\leq 0.9\%$
- 21、携带污染: 检测除比重和 PH 外各测试项目最高浓度结果的阳性样本, 随后检测阴性样本, 阴性样本的结果不得出阳性

### 二、其他要求

- 1、制造商具有 ISO9001、ISO13485、CMD 认证, 可以支持对接 Lis 系统;
- 2、制造商有通过药监部门注册的同品牌配套尿试纸、质控液 (提供证件);
- 3、售后服务: 制造商在云南省设有直属售后服务机构, 有专职服务工程师, 做到立即响应, 1 个工作日内上门服务。